

EQUIPO:	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	MARCA:	WELCH ALLYN
---------	-----------------------------------	--------	-------------

DESCRIPCIÓN: Equipo utilizado en la exploración física del paciente con fines diagnósticos.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: I (RIESGO BAJO)



GUÍA DE MANEJO

1	Levante el oftalmoscopio o otoscopio de la base. El instrumento se enciende. Solo se puede encender un instrumento a la vez
2	verifique que la luz enciende.
3	Verifique que los cabezales del otoscopio y el oftalmoscopio estén puestos en los mangos y ajustados.
4	Ajuste el espejulo en la cabeza del otoscopio. En caso de requerir mas espéculos solicitarlo a farmacia.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	Es importante que el equipo permanezca conectado continuamente a la toma corriente para su funcionamiento
2	No golpear el equipo.
3	Antes de hace uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
4	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
5	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.
6	Para evitar daños, no estire excesivamente los cables de los mangos
5	Se debe cambiar el espéculo por cada paciente.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la superficie del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza y desinfección
- Limpie el espejo frontal, el orificio de observación y el lentes de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Con un paño seco. Seque el exceso de humedad.

EQUIPO:	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	MARCA:	WELCH ALLYN
---------	-----------------------------------	--------	-------------

DESCRIPCIÓN: Equipo utilizado en la exploración física del paciente con fines diagnósticos.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: I (RIESGO BAJO)



GUÍA DE MANEJO

1	Levante el oftalmoscopio o otoscopio de la base. El instrumento se enciende. Solo se puede encender un instrumento a la vez
2	verifique que la luz enciende.
3	Verifique que los cabezales del otoscopio y el oftalmoscopio estén puestos en los mangos y ajustados.
4	Ajuste el espejulo en la cabeza del otoscopio. En caso de requerir mas espéculos solicitarlo a farmacia.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	Es importante que el equipo permanezca conectado continuamente a la toma corriente para su funcionamiento
2	No golpear el equipo.
3	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
4	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
5	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.
6	Para evitar daños, no estire excesivamente los cables de los mangos
5	Se debe cambiar el espéculo por cada paciente.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la superficie del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza y desinfección
- Limpie el espejo frontal, el orificio de observación y el lentes de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Con un paño seco. Seque el exceso de humedad.

EQUIPO:	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	MARCA:	WELCH ALLYN
---------	-----------------------------------	--------	-------------

DESCRIPCIÓN: Equipo utilizado en la exploración física del paciente con fines diagnósticos.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: I (RIESGO BAJO)



**GUÍA DE MANEJO**

1	Encienda el equipo presionando el botón arriba/abajo.
2	verifique que la luz enciende.
3	Verifique que los cabezales del otoscopio y el oftalmoscopio estén puestos en los mangos y ajustados.
4	Ajuste el espejulo en la cabeza del otoscopio. En caso de requerir mas espéculos solicitarlo a farmacia.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.
5	Se debe cambiar el espéculo por cada paciente.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la superficie del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza y desinfección
- Limpie el espejo frontal, el orificio de observación y el lentes de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Con un paño seco. Seque el exceso de humedad.