

EQUIPO:	ESTETOSCOPIO	MARCA:	ALPK2
---------	--------------	--------	-------

DESCRIPCIÓN: Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)
--------------------------	-----------------



GUÍA DE MANEJO

1	Antes de colocarse las olivas en los oídos, compruebe que estén orientadas hacia delante. Esto garantiza que los tubos auriculares se alineen con sus conductos auditivos para maximizar la transmisión del sonido y la comodidad.
2	Los fonendoscopios suelen tener dos lados: el diafragma (la parte más grande) y la campana (la parte más pequeña). El diafragma se utiliza para escuchar sonidos de alta frecuencia, como los ruidos respiratorios, y la campana para sonidos de baja frecuencia, como los ruidos cardíacos.
3	Abra el lado que quiere usar (campana o diafragma) girando la pieza torácica. Si el diafragma está abierto, la campana estará cerrada, lo que evita que entre el sonido de la campana y viceversa.
4	Coloca suavemente el diafragma o la campana sobre la piel del paciente. No presiones demasiado, ya que esto puede distorsionar los sonidos.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Las olivas no deben entrar muy profundo en el canal auditivo.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:


- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Limpie la superficie exterior del equipo, campana, diafragma, olivas, muelle, tubo en Y con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	ESTETOSCOPIO	MARCA:	LITTMANN
DESCRIPCIÓN: Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente.			

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)
--------------------------	-----------------



GUÍA DE MANEJO

1	Antes de colocarse las olivas en los oídos, compruebe que estén orientadas hacia delante. Esto garantiza que los tubos auriculares se alineen con sus conductos auditivos para maximizar la transmisión del sonido y la comodidad.
2	Los fonendoscopios suelen tener dos lados: el diafragma (la parte más grande) y la campana (la parte más pequeña). El diafragma se utiliza para escuchar sonidos de alta frecuencia, como los ruidos respiratorios, y la campana para sonidos de baja frecuencia, como los ruidos cardíacos.
3	Abra el lado que quiere usar (campana o diafragma) girando la pieza torácica. Si el diafragma está abierto, la campana estará cerrada, lo que evita que entre el sonido de la campana y viceversa.
4	Coloca suavemente el diafragma o la campana sobre la piel del paciente. No presiones demasiado, ya que esto puede distorsionar los sonidos.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Las olivas no deben entrar muy profundo en el canal auditivo.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Limpie la superficie exterior del equipo, campana, diafragma, olivas, muelle, tubo en Y con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	ESTETOSCOPIO	MARCA:	PRESTIGE
---------	--------------	--------	----------

DESCRIPCIÓN: Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)
--------------------------	-----------------



GUÍA DE MANEJO

1	Antes de colocarse las olivas en los oídos, compruebe que estén orientadas hacia delante. Esto garantiza que los tubos auriculares se alineen con sus conductos auditivos para maximizar la transmisión del sonido y la comodidad.
2	Los fonendoscopios suelen tener dos lados: el diafragma (la parte más grande) y la campana (la parte más pequeña). El diafragma se utiliza para escuchar sonidos de alta frecuencia, como los ruidos respiratorios, y la campana para sonidos de baja frecuencia, como los ruidos cardíacos.
3	Abra el lado que quiere usar (campana o diafragma) girando la pieza torácica. Si el diafragma está abierto, la campana estará cerrada, lo que evita que entre el sonido de la campana y viceversa.
4	Coloca suavemente el diafragma o la campana sobre la piel del paciente. No presiones demasiado, ya que esto puede distorsionar los sonidos.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Las olivas no deben entrar muy profundo en el canal auditivo.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Limpie la superficie exterior del equipo, campana, diafragma, olivas, muelle, tubo en Y con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	ESTETOSCOPIO	MARCA:	RIESTER
DESCRIPCIÓN: Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente.			

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)
--------------------------	-----------------



GUÍA DE MANEJO

1	Antes de colocarse las olivas en los oídos, compruebe que estén orientadas hacia delante. Esto garantiza que los tubos auriculares se alineen con sus conductos auditivos para maximizar la transmisión del sonido y la comodidad.
2	Los fonendoscopios suelen tener dos lados: el diafragma (la parte más grande) y la campana (la parte más pequeña). El diafragma se utiliza para escuchar sonidos de alta frecuencia, como los ruidos respiratorios, y la campana para sonidos de baja frecuencia, como los ruidos cardíacos.
3	Abra el lado que quiere usar (campana o diafragma) girando la pieza torácica. Si el diafragma está abierto, la campana estará cerrada, lo que evita que entre el sonido de la campana y viceversa.
4	Coloca suavemente el diafragma o la campana sobre la piel del paciente. No presiones demasiado, ya que esto puede distorsionar los sonidos.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Las olivas no deben entrar muy profundo en el canal auditivo.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Limpie la superficie exterior del equipo, campana, diafragma, olivas, muelle, tubo en Y con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.