

EQUIPO: OXÍMETRO DE PULSO MARCA: CHOICEMMED MD300C11

DESCRIPCIÓN: Dispositivo indicado para medir la saturación de oxígeno en la sangre y frecuencia del pulso en los pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: IIB (RIESGO ALTO)



GUÍA DE MANEJO

1	Antes de usar el oxímetro, asegúrese que las manos del paciente están limpias y secas, la pintura de uñas afecta la medición.
2	Encienda el oxímetro y coloque el dedo índice o medio de la mano en el clip del oxímetro.
3	Asegúrese de que el clip esté bien ajustado al dedo del paciente.
4	Permita que el oxímetro se estabilice y muestre una lectura constante. Esto puede tomar unos segundos.
5	Lea la pantalla del oxímetro y asegúrese de que la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca sean lecturas precisas y estables. Si las lecturas varían, vuelva a medir.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	No debe utilizarse como dispositivo de aviso para detectar el cese de la respiración o una respiración irregular durante el sueño.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- Utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior y la superficie interior de goma un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO: OXÍMETRO DE PULSO MARCA: CHOICEMMED MD300C19

DESCRIPCIÓN: Dispositivo indicado para medir la saturación de oxígeno en la sangre y frecuencia del pulso en los pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: IIB (RIESGO ALTO)



GUÍA DE MANEJO

1	Antes de usar el oxímetro, asegúrese que las manos del paciente están limpias y secas, la pintura de uñas afecta la medición.
2	Encienda el oxímetro y coloque el dedo índice o medio de la mano en el clip del oxímetro.
3	Asegúrese de que el clip esté bien ajustado al dedo del paciente.
4	Permita que el oxímetro se estabilice y muestre una lectura constante. Esto puede tomar unos segundos.
5	Lea la pantalla del oxímetro y asegúrese de que la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca sean lecturas precisas y estables. Si las lecturas varían, vuelva a medir.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	No debe utilizarse como dispositivo de aviso para detectar el cese de la respiración o una respiración irregular durante el sueño.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- Utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior y la superficie interior de goma un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	OXÍMETRO DE PULSO PEDIATRICO	MARCA:	CHOICEMMED
---------	------------------------------	--------	------------

DESCRIPCIÓN: Dispositivo indicado para medir la saturación de oxígeno en la sangre y frecuencia del pulso en los pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIB (RIESGO ALTO)
--------------------------	-------------------



**GUÍA DE MANEJO**

1	Antes de usar el oxímetro, asegúrese que las manos del paciente están limpias y secas, la pintura de uñas afecta la medición.
2	Encienda el oxímetro y coloque el dedo índice o medio de la mano en el clip del oxímetro.
3	Asegúrese de que el clip esté bien ajustado al dedo del paciente.
4	Permita que el oxímetro se estabilice y muestre una lectura constante. Esto puede tomar unos segundos.
5	Lea la pantalla del oxímetro y asegúrese de que la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca sean lecturas precisas y estables. Si las lecturas varían, vuelva a medir.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	No debe utilizarse como dispositivo de aviso para detectar el cese de la respiración o una respiración irregular durante el sueño.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- Utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior y la superficie interior de goma un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	OXÍMETRO DE PULSO	MARCA:	CONTEC
---------	-------------------	--------	--------

DESCRIPCIÓN: Dispositivo indicado para medir la saturación de oxígeno en la sangre y frecuencia del pulso en los pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIB (RIESGO ALTO)
--------------------------	-------------------



**GUÍA DE MANEJO**

1	Antes de usar el oxímetro, asegúrese que las manos del paciente están limpias y secas, la pintura de uñas afecta la medición.
2	Encienda el oxímetro y coloque el dedo índice o medio de la mano en el clip del oxímetro.
3	Asegúrese de que el clip esté bien ajustado al dedo del paciente.
4	Permita que el oxímetro se estabilice y muestre una lectura constante. Esto puede tomar unos segundos.
5	Lea la pantalla del oxímetro y asegúrese de que la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca sean lecturas precisas y estables. Si las lecturas varían, vuelva a medir.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	No debe utilizarse como dispositivo de aviso para detectar el cese de la respiración o una respiración irregular durante el sueño.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- Utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior y la superficie interior de goma un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	OXÍMETRO DE PULSO	MARCA:	DR. MOXA
---------	-------------------	--------	----------

DESCRIPCIÓN: Dispositivo indicado para medir la saturación de oxígeno en la sangre y frecuencia del pulso en los pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIB (RIESGO ALTO)
--------------------------	-------------------



**GUÍA DE MANEJO**

1	Antes de usar el oxímetro, asegúrese que las manos del paciente están limpias y secas, la pintura de uñas afecta la medición.
2	Encienda el oxímetro y coloque el dedo índice o medio de la mano en el clip del oxímetro.
3	Asegúrese de que el clip esté bien ajustado al dedo del paciente.
4	Permita que el oxímetro se estabilice y muestre una lectura constante. Esto puede tomar unos segundos.
5	Lea la pantalla del oxímetro y asegúrese de que la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca sean lecturas precisas y estables. Si las lecturas varían, vuelva a medir.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	No debe utilizarse como dispositivo de aviso para detectar el cese de la respiración o una respiración irregular durante el sueño.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- Utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior y la superficie interior de goma un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	OXÍMETRO DE PULSO	MARCA:	GMD
---------	-------------------	--------	-----

DESCRIPCIÓN: Dispositivo indicado para medir la saturación de oxígeno en la sangre y frecuencia del pulso en los pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIB (RIESGO ALTO)
--------------------------	-------------------



**GUÍA DE MANEJO**

1	Antes de usar el oxímetro, asegúrese que las manos del paciente están limpias y secas, la pintura de uñas afecta la medición.
2	Encienda el oxímetro y coloque el dedo índice o medio de la mano en el clip del oxímetro.
3	Asegúrese de que el clip esté bien ajustado al dedo del paciente.
4	Permita que el oxímetro se estabilice y muestre una lectura constante. Esto puede tomar unos segundos.
5	Lea la pantalla del oxímetro y asegúrese de que la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca sean lecturas precisas y estables. Si las lecturas varían, vuelva a medir.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	No debe utilizarse como dispositivo de aviso para detectar el cese de la respiración o una respiración irregular durante el sueño.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- Utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior y la superficie interior de goma un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	OXÍMETRO DE PULSO	MARCA:	JUMPER
---------	-------------------	--------	--------

DESCRIPCIÓN: Dispositivo indicado para medir la saturación de oxígeno en la sangre y frecuencia del pulso en los pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIB (RIESGO ALTO)
--------------------------	-------------------



**GUÍA DE MANEJO**

1	Antes de usar el oxímetro, asegúrese que las manos del paciente están limpias y secas, la pintura de uñas afecta la medición.
2	Encienda el oxímetro y coloque el dedo índice o medio de la mano en el clip del oxímetro.
3	Asegúrese de que el clip esté bien ajustado al dedo del paciente.
4	Permita que el oxímetro se estabilice y muestre una lectura constante. Esto puede tomar unos segundos.
5	Lea la pantalla del oxímetro y asegúrese de que la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca sean lecturas precisas y estables. Si las lecturas varían, vuelva a medir.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	No debe utilizarse como dispositivo de aviso para detectar el cese de la respiración o una respiración irregular durante el sueño.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- Utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior y la superficie interior de goma un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.